

**ERFAHRUNGSBERICHT**

=====

Über die Hauptanwendungsgebiete des Hörschallgerätes "NOVAFON"  
in einer unfallärztlichen und fachchirurgischen Praxis:

1. Prellungen mit Hämatombildung, einschließlich Gewebeläsion  
in der Tiefe,
2. Verstauchungen und Verrenkungen mit Hämatombildung, einschließ-  
lich Läsion des Kapsel-, Band- und Sehnenapparates,
3. Frakturnachbehandlung nach Gipsabnahme, zur Lockerung von  
Gelenksteifen,
4. Hartspannbildungen (Myogelosen) im Paravertebral-Bereich der  
gesamten Wirbelsäule mit konsekutiv ausstrahlenden, segmentalen  
Schmerzen,
5. Auflockerungs- und Vorbehandlung bei akuten oder sich langsam  
schmerzhaft entwickelnden Nervenwurzeleinklemmungen im gesamten  
Wirbelsäulenbereich, mit anschließendem chiropraktischen Re-  
dressement,
6. länger bestehende, sich nur ungenügend oder langsam resorbieren-  
de Ergußbildungen kleiner, mittlerer oder großer Gelenke.

Der Erfahrungsbericht stützt sich auf Kenntnis und Erfahrung nach  
ca. 10-jähriger Anwendung des "NOVAFON"-Gerätes auf den beschrie-  
benen Gebieten. In der Regel wird eine zweimal wöchentliche Anwendung  
durchgeführt mit einer Sitzungsdauer von durchschnittlich 5 - 8 Minu-  
ten. Die Intensität der einzelnen Schallimpulsgeber kann mittels  
Drehknopf variiert werden, was aber in 95 Prozent der Fälle nicht

notwendig ist, da fast alle Patienten die Maximalstärke wünschen, bevorzugen und als lokal wohltuend angeben.

Auf eine relative Einschränkung bei der "NOVAFON"-Anwendung möchte ich jedoch noch hinweisen: Ich habe verschiedentlich die Erfahrung gemacht, daß beim Schleudertrauma der Halswirbelsäule, was in der heutigen vollmotorisierten Zeit relativ häufig bei Auffahrunfällen auftritt, das Gerät frühestens nach dem 4./5. Tag nach Unfallgeschehen eingesetzt werden sollte. Eine frühere Anwendung kann verschiedentlich zu belästigenden Dröhnangaben im Schädelbereich, ja sogar gelegentlich mit Schwindelanfällen einhergehend, führen.

Auf allen anderen - wie in der Einleitung beschriebenen - Gebieten ist das Gerät sofort und in seiner Erfolgswirkung überzeugend einsetzbar. Die Schallanwendung mit dem "NOVAFON"-Gerät wurde von all den bisher damit behandelten Patienten als gut, angenehm, wirkungsvoll und beschwerdelindernd angegeben.

Die "NOVAFON"-Geräte haben sich in meiner Praxis in all den vielen Jahren bestens bewährt durch ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Ohne dieselben könnte ich mir einen befriedigenden Praxisablauf gar nicht mehr vorstellen.

Dieser Bericht möchte lediglich die Anwendungsmöglichkeiten des "NOVAFON"-Gerätes in einer unfallärztlichen und fachchirurgischen Praxis umreißen, und eine Zusammenfassung von Erfahrungswerten sein.

**Dr. med. Hellmut Korte**  
Facharzt für Chirurgie  
Warthäuser Straße 5 - Telefon 422520  
7000 Stuttgart-60 (Wangen)

